



## Kalibrierschein Calibration certificate

**Gegenstand:** Inkrementaler Drehgeber  
*Object:*

**Hersteller:** Fritz Kübler GmbH, Schweningen  
*Manufacturer:*

**Typ:** 8.5805.224A.18000  
*Type:*

**Kennnummer:** 9906161 674  
*Serial number:*

**Auftraggeber:** Fritz Kübler GmbH  
*Applicant:* Schubertstr. 47  
D-78054 VS-Schweningen


**Anzahl der Seiten:** 4  
*Number of pages:*

**Geschäftszeichen:** PTB 5.22 - 99.252  
*Reference No.:*



**Kalibrierzeichen:** 3593 PTB 99  
*Calibration mark:*

**Datum der Kalibrierung:** 19.7.1999  
*Date of calibration:*

**Im Auftrag** Braunschweig, 24.8.1999  
*By order*

**Siegel**   
*Seal*

**Bearbeiter:**  
*Examiner:*

(R. Wittekopf)  (R. Wittekopf) 

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt




Seite 3 zum Kalibrierschein vom 24.8.1999, Kalibrierzeichen: 3593 PTB 99

Page 3 of calibration certificate of 24.8.1999, calibration mark: 3593 PTB 99

## Reduzierte Richtungsabweichungen des Inkrementalen Drehgebers

Typ 8.5805.224 A 18000 Kennnummer 9906161 674



$\pm 4, \mu\text{m}$  Schrittschlag (rad/a) berechnet