



Kalibrierschein Calibration certificate

Gegenstand: Inkrementaler Drehgeber
Object:

Hersteller: Fritz Kübler GmbH, Schwenningen
Manufacturer:

Typ: 8.5805.224A.36000
Type:

Kennnummer: 9906161 675
Serial number:

Auftraggeber: Fritz Kübler GmbH
Applicant: Schubertstr. 47
D-78054 VS-Schwenningen

Anzahl der Seiten: 4
Number of pages:

Geschäftszeichen: PTB 5.22 - 99.252
Reference No.:

Kalibrierzeichen: 3594 PTB 99
Calibration mark:

Datum der Kalibrierung: 19.7.1999
Date of calibration:

Im Auftrag

By order

(R. Wittekopf)

Braunschweig, 24.8.1999

Siegel
Seal




Bearbeiter:

Examiner:

(R. Wittekopf)

Reduzierte Richtungsabweichungen des Inkrementalen Drehgebers

Typ 8.5805.224 A 36000 Kennnummer 9906161 675



$\pm 2 \mu\text{m}$ Scheibenschlag (Radial berechnet)

$\pm 2 \mu\text{m}$ exzentric misalignment of disc

\Rightarrow Accuracy : < 50 angular seconds (50'')