

Braunschweig und Berlin



Kalibrierschein

Calibration certificate

Gegenstand: Inkrementaler Drehgeber
Object: 9000 Impulse

Hersteller: Fritz Kübler GmbH, Schwenningen
Manufacturer:

Typ: 8.5805.224A.9000
Type:

Kennnummer: 9906161 673
Serial number:

Auftraggeber: Fritz Kübler GmbH
Applicant: Schubertstr. 47
D-78054 VS-Schwenningen


Anzahl der Seiten: 4
Number of pages:

Geschäftszeichen: PTB 5.22 - 99.252
Reference No.:


Kalibrierzeichen: 3592 PTB 99
Calibration mark:


Datum der Kalibrierung: 19.7.1999
Date of calibration:

Im Auftrag Braunschweig, 24.8.1999
By order

Siegel 
Seal

Bearbeiter:
Examiner:

(R. Wittekopf) 

(R. Wittekopf) 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt


PTB

Seite 3 zum Kalibrierschein vom 24.8.1999, Kalibrierzeichen: 3592 PTB 99

Page 3 of calibration certificate of 24.8.1999, calibration mark: 3592 PTB 99

Reduzierte Richtungsabweichungen des Inkrementalen Drehgebers

Typ 8.5805.224 A 9000 Kennnummer 9906161 673



$\pm 2,8 \mu\text{m}$ Linearisierung (Radial) berechnet